

Kraków, 23 maja 2018 r.

DZP.271-162/2018

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO –  
*Dostarczenie kołyski laboratoryjnej, numer sprawy: 162/ZP/2018*

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza regulację częstotliwości wychyłu w zakresie 1-99 cykli/min ze skokiem 1 cykl/minutę ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza regulację wychyłu w zakresie:  
a/  $-1^\circ < P < +1^\circ$ ,  $-10^\circ < P < +10^\circ$  w zakresie częstotliwości wychyłu 1 - 50 cykli / min. oraz  
b/ stały wychył  $-10^\circ < P < +10^\circ$  w zakresie częstotliwości wychyłu 51 - 99 cykli / min ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej [www.szpitalrydygier.pl](http://www.szpitalrydygier.pl) zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.