

Kraków, dnia 17 kwietnia 2024 r.
DZP.271-26/2024

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – PN.
„DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 54 PAKIETÓW”, nr sprawy: 26/ZP/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 2

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 21

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-3

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga: „Skuteczność działania powłoki antybakteryjnej musi być potwierdzona wynikami badań (minimum 10 publikacji)”.

Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom dopuści skuteczność działania powłoki antybakteryjnej potwierdzoną 3 publikacjami? Jest to ilość wystarczająca na potwierdzenie spełnienia parametru i nie budzi wątpliwości czy zapis stanowi ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, zawierający najnowocześniejszy przeciwdrobnoustrojowy związek polihexanidu ProActiv+ PHMB, chroni pacjenta podczas stosowania cewnika, skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów, szerokie spektrum działania i biokompatybilność, niewymywające się wiązanie kowalencyjne, pozwala na bezpieczne umieszczenie cewnika i zawiera: echogeniczną igłę wprowadzającą, motylek mocujący skalpel nr 11, rozszerzacz z powłoką hydrofilową, strzykawką 5 ml z końcówką luer

Prowadnik Nitinol zapobiegający załamaniom ze specjalnym dozownikiem, luminy (kanały) oznaczone kolorami: zmniejsza to ryzyko błędów w dostarczaniu płynów, łączniki LuerSafe: Bezigłowe i zintegrowane z cewnikiem, zmniejszają ryzyko infekcji i zatoru powietrznego, elastyczna końcówka atraumatyczna: zmniejsza uraz naczyńniowy

Innowacyjna technologia cewników

Dla pozycji 1-3 cewnik trzykanałowy 7F średnica wewnętrzna 2x18G, 1x14G długość cewnika: 15 i 20 cm



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem. Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewód nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalpel.

Dla poz. 4 cewnik dwukanałowy 7F, średnica wewnętrzna 1x18G 1x14G, długość cewnika 15 cm i 20 cm

Dla pozycji 5 cewnik trzykanałowy 7F, średnica wewnętrzna 2x18G 1x14G, długość cewnika 15 cm i 20 cm

Dla poz. 6 cewnik czterokanałowy 8,5F, średnica wewnętrzna 2x18G 1x12G, 1x20G, długość cewnika 15 cm i 20 cm



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 44

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów zamiast uchwytu na rzep?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Alternatywnie

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o składzie j.w. z uchwytem typu rzep pakowanym oddzielnie.

Parametry techniczne zestawu spełniają wymogi s.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej www.szpitalrydygier.pl, <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.