



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej Specyfikacją, SWZ)

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą:**

DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 13 PAKIETÓW

numer postępowania: 49/ZP/2024

33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień przekraczających kwotę 221 000,00 €.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem:

- Strony internetowej Zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
- Strony internetowej prowadzonego postępowania – Platforma: <https://ezamowienia.gov.pl/>
- Poczty elektronicznej Zamawiającego.

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. 12 64 68 207, fax. 12 64 68 173, 930;

REGON: 121188694 NIP: 678 31 05 119

KRS: 0000352784

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- <https://ezamowienia.gov.pl>
- www.szpitalrydygier.pl

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

1. W zakresie formalnym:
 - ❖ Mira Książkiewicz: mira.ksiazkiewicz@rydygierkrakow.pl
2. W zakresie merytorycznym:
 - ❖ Joanna Krauz: jkrauz@rydygierkrakow.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostarczenie sprzętów medycznych wg 13 pakietów** do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w **Załącznikach nr 1A-1M do nin. Specyfikacji** (w zakresie części, na którą zostaje złożona oferta).
2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (w zakresie części, której dotyczą) zostaną odrzucone.
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący **Załącznik nr 3A oraz 3B do nin. Specyfikacji**.

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 49/ZP/2024

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. **Liczba części: 13.**

VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin dostarczenia sprzętu:
 - a) **do 4 tygodni** od daty zawarcia Umowy – **dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 10**
 - b) **do 6 tygodni** od daty zawarcia Umowy – **dotyczy Pakietu nr 6, 7, 9**
 - c) **do 8 tygodni** od daty zawarcia Umowy – **dotyczy Pakietu nr 8, 11**

2. **Dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. – dot. Pakietu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 / Dostarczenie sprzętu do Szpitala Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. – dot. Pakietu: 8,11**
3. Dostarczanie **akcesoriów i urządzeń medycznych przez okres 24 miesięcy** od daty zawarcia Umowy – **dot. pakietu nr 12, 13**
4. Dostawa **do 3 tygodni** od daty złożenia pisemnego zamówienia składanego przez Pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – **dot. Pakietu nr 12, 13**
5. Dostawa do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 – **dot. pakietu nr 12, 13**
6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu dostarczenia przedmiotu umowy do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w jego siedzibie – os. Złotej Jesieni 1, Kraków lub zapewnienia na własny koszt takiego szkolenia przez osobę trzecią. Szkolenie zostanie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów. – **dot. Pakietu nr : 1 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.**
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego (os. Złotej Jesieni 1, Kraków) szkolenia dla personelu lekarskiego z techniki operacyjnej, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Szkolenie zostanie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów – **dot. Pakietu nr 3.**

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. **O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp oraz art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:**
 - 1) **nie podlegają wykluczeniu**
 - 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**
 - a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
 - d) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), oraz nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z Postępowania, o których mowa w ust. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. X.1.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

IX. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniędzy;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ).

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

X.1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)**;
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),** Wykonawca przedkłada:
 - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego **Załącznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)**,
 - b) **oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.)** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - **Załącznik nr 2 do Specyfikacji**.

X.2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY PZP, SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO)

1. **Zamawiający, wezwie do złożenia:**
Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
 - a) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - b) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
 - c) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 - d) **zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- e) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

- f) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji.**
2. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- 1) ust. 1 pkt. 1 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;
 - 2) ust. 1 pkt. 1 lit b, c, d – zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c i lit. d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 4 Specyfikacji, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

❖ Certyfikatu CE lub Deklaracji Zgodności – dotyczy wszystkich Pakietów

2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.
2. Ofertę wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
3. Ofertę stanowi Formularz ofertowy z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ) wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f5fd43b3-f199-11ee-b016-82aeee56c84c
 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
 7. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
 9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2022 poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
 10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
 11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
 13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
 14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
 15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
18. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.
19. **Znak sprawy: 49/ZP/2024**
20. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Mira Książkiewicz / mail: mira.ksiazkiewicz@rydygierkrakow.pl / tel. (12) 64 68 210 / Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
21. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ

I. Informacje ogólne

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Zaleca się, aby oferta oraz pozostałe oświadczenia, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SWZ, zostały sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

II. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie **do dnia 06 07 maja 2024 r. do godziny 09:00.**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert
13. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

III. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06-07 maja 2024 r., o godz. 10:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

IV. Dokumenty składające się na ofertę

- a) **Formularz Ofertowy**, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy,
- b) **szczegółowa oferta cenowa** (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVI ust. 2 Specyfikacji),
UWAGA! W przypadku niedołączenia do oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie informacji o numerze katalogowym produktu oraz nazwie producenta.
- c) **dokumenty i oświadczenia** potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 Specyfikacji),
- d) **dokumenty** wskazane w rozdz. XI Specyfikacji,
- e) **podpisany i wypełniony odpowiednio Załącznik nr 1A – 1M do Specyfikacji** (w zakresie części, na którą zostaje złożona oferta),
- f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
- g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

h) potwierdzenie wniesienia wadium.

1. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. **Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami)).
6. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 03-04 sierpnia 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.** W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
 - a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie **art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),**
 - b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
 - c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),
 - d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **14 216,00 zł** (słownie: czternaście tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100).
2. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

Pakiet nr 1	70,00
Pakiet nr 2	3 070,00
Pakiet nr 3	1 537,00
Pakiet nr 4	1 703,00
Pakiet nr 5	629,00
Pakiet nr 6	109,00
Pakiet nr 7	4 240,00
Pakiet nr 8	60,00
Pakiet nr 9	178,00
Pakiet nr 10	1 520,00
Pakiet nr 11	125,00
Pakiet nr 12	688,00
Pakiet nr 13	287,00

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
5. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy:

BGŻ BNP PARIBAS NR: 55 1600 1462 1828 9639 2000 0004

z dopiskiem „Wadium przetarg – Dostarczenie sprzętów medycznych, nr 49/ZP/2024, pakiet nr ...”

6. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. XIII – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
9. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.

XV. ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

KRYTERIUM	WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA	90%
OKRES GWARANCJI	10%

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:

Kryterium CENA

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 90 gdzie:

- cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danym pakiecie)
- cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)

Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy Pakietów nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

- 24 miesiące: 0 pkt
- 36 miesięcy: 5 pkt
- 48 miesięcy i więcej: 10 pkt

Kryterium OKRES GWARANCJI – dotyczy Pakietu nr 12,13

- 6 miesięcy: 0 pkt
 - 12 miesięcy: 5 pkt
 - 18 miesięcy i więcej 10 pkt
2. Za ofertę najkorzystniejszą w danym pakiecie uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów kryterium CENA oraz kryterium OKRES GWARANCJI.

XVI. OFERTA CENOWA

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
2. **Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli:**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia (zgodnie z SWZ)	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Pełny numer katalogowy	Nawa producenta	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł
								Iloczyn kolumn 7 i 8, dodany do poz. w kol. 7	Iloczyn kolumny 6 i 7	Iloczyn kolumny 10 i 8	Suma kolumn 10 i 11
1.											
RAZEM											

UWAGA:

Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.

Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę.

- a) cena netto ma zawierać w szczególności: odpowiednio wynagrodzenie (w tym koszty) sprzętów, dostarczenia, montażu, instalacji, szkoleń, serwisu, napraw, transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT,
- b) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW.

3. Warunki płatności:

- 1) terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: do 30 dni po dostarczeniu oraz prawidłowej realizacji zamówienia i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
 - 2) forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
 - 3) w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
4. Cena oferty ma być podana w PLN.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian, kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie.

XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle drogą mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczzonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.**, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 12 46 48 502;
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.** jest Pan Jacek Dziedzic, adres e-mail rodo@rydygierkrakow.pl, nr. tel. 12 64 68 888;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **49/ZP/2024 – Dostarczenie sprzętów medycznych wg 13 pakietów** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE

1. **Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.**
2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
11. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ – PAKIET NR 1

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Półautomatyczna kapsułkarka ręczna*

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Możliwość bardzo dokładnego rozdozowania proszku w kapsułkach żelatynowych bez konieczności ważenia poszczególnych dawek	Tak	
3.	Możliwość napełnienia 100 kapsułek jednorazowo	Tak	
4.	Kapsułkarka wykonana z trwałych (stal nierdzewna) i zmywalnych (nadających się do mycia w zmywarce) materiałów gwarantujących czystość wykonania leku	Tak	
5.	Kapsułkarka przeznaczona do pracy w aptece	Tak	
6.	Płyty wymienne dla każdego z rozmiarów kapsułek żelatynowych twardych : 3 . Pozycjoner do kapsułek Rozdzielacz Ubijak kompatybilny z płytami wymiennymi	Tak	
Wymagania dodatkowe			
7.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
8.	Karty do rozprowadzania proszku	Tak	
9.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
10.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
11.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
12.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
13.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
14.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SWZ – PAKIET NR 2

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: Analizatr tromboelastometr

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Sterowanie i analiza przy wykorzystaniu komputera wbudowanego w aparat oraz dotykowego monitora kolorowego min 15"	Tak	
3.	Detekcja próbki z zastosowaniem diody laserowej	Tak	
4.	System detekcji powstawania skrzepu optyczno-mechaniczny odporny na wstrząsy i wibracje mechaniczne	Tak	
5.	Pomiar uruchamiany automatycznie po włożeniu do systemu dedykowanej kasety testowej oraz próbówki z krwią pacjenta bezpośrednio po pobraniu bez konieczności wstępnej inkubacji	Tak	
6.	Praca aparatu sterowana programowo: pobieranie, odmierzanie i mieszanie próbek	Tak	
7.	Instrukcja postępowania podczas przygotowywania badania wyświetlana na ekranie	Tak	
8.	Aspiracja krwi bezpośrednio z próbówki systemu zamkniętego bez konieczności jej otwierania i nakrapiania materiału	Tak	
9.	Wewnątrz analizatora niezależne 4 kanały pomiarowe	Tak	
10.	Obserwacja i kontrola pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym	Tak	
11.	Możliwość wydruku wyniku w każdym momencie badania na kolorowej drukarce	Tak	
12.	Drukarka kolorowa podłączona bezpośrednio do analizatora	Tak	
13.	Automatyczne zaznaczanie na ekranie wyników pomiarowych wykraczających poza zakres norm umożliwiające określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia	Tak	
14.	Prezentacja tromboelastogramu pacjenta w odniesieniu do standardowego tromboelastogramu oraz do wykonanych wcześniej badań	Tak	
15.	Baza danych wykonanych badań umożliwiająca przetwarzanie danych alfanumerycznych i graficznych dla celów dokumentacji	Tak	
16.	Archiwizacja bazy danych i poszczególnych wyników na nośnikach zewnętrznych	Tak	
17.	Ciągła, automatyczna kontrola parametrów mechanicznych i temperaturowych urządzenia	Tak	
18.	Elektroniczna autokalibracja i kontrola urządzenia przy użyciu kartidża QC oraz 2 poziomy kontroli tradycyjnej na bazie ludzkiego osocza	Tak	
19.	Określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia pod wpływem aktywatora działającego na drogę zewnątrzpochođną i wewnątrzpochođną kaskady krzepnięcia	Tak	
20.	Określenie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów, którym podawana była heparyna	Tak	
21.	Określenie niedoboru fibrynogenu lub zaburzeń w polimeryzacji fibryny	Tak	

22.	Test specyficzny mający na celu wykrycie bądź wykluczenie hiperfibrinolizy	Tak	
23.	Uzyskanie obrazu pełnej hemostazy w czasie max 15 minut od momentu pobrania od pacjenta i zaaplikowania do aparatu – umożliwiające rozróżnienie pomiędzy krwawieniem z przyczyn chirurgicznych a krwawieniem związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia	Tak	
24.	Badania z wykorzystaniem krwi pełnej	Tak	
25.	Objętość próbki potrzebna dla jednego pomiaru nie większa niż 3 ml	Tak	
26.	Możliwość wysłania wyników na wskazany dysk sieciowy	Tak	
27.	Możliwość wpięcia do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS/HIS	Tak	
28.	Kaseta kontrolna okres przydatności min 24 miesięcy	Tak	
29.	Materiał kontrolny	Tak	
30.	Kaseta testowa 10szt do wyboru przez Zamawiającego	Tak	
31.	Odczynniki gotowe do użycia (odporne na obecność heparyny) dostarczane w dedykowanych kartridżach przechowywanych w temperaturze pokojowej	Tak	
Wymagania dodatkowe			
32.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
33.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
34.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
35.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
36.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
37.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
38.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SWZ – PAKIET NR 3

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

PRZEDMIOT PRZETARGU: Kamera do endoskopii kręgosłupa

PRODUCENT: _____ **MODEL:** _____ **TYP:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Asortyment fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Endoskop: - kanał roboczy 4,7 mm ± 2 mm - średnica zewnętrzna w zakresie 7,3-7,6 mm ± 2 mm (dotyczy każdego parametru) - długość w zakresie 150-170 mm ± 2 mm (dotyczy każdego parametru) - kąt 15-30°	Tak	
3.	Dylator – 1 szt.	Tak	
4.	Płaszcz roboczy ścięty pod kątem 30-40° – 1 szt.	Tak	
5.	Haczyk nerwowy – 1 szt.	Tak	
6.	Podważka – 1 szt.	Tak	
7.	Kleszczyki biopsyjne proste 2,5-2,7 mm– 1 szt.	Tak	
8.	Kleszczyki biopsyjne proste 3,4-3,5 mm– 1 szt.	Tak	
9.	Kleszczyki biopsyjne odgięte 2,5-3,5 mm– 1 szt.	Tak	
10.	Kompletny uchwyt Kerisson (rączka + trzon) – 1 szt.	Tak	
11.	Narzędzia kompatybilne wzajemnie oraz z oferowanym endoskopem	Tak	
12.	Kaseta do sterylizacji – kompatybilna z oferowanym zestawem narzędzi i endoskopem	Tak	
Wymagania dodatkowe			
13.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności	Tak	
14.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
15.	Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia lub dezynfekcji - sterylizacji (sterylizacja parowa w autoklawach programy: 134°C – 5-7min. 121°C – 20min. lub tlenkiem etylenu dla materiałów wrażliwych)	Tak	
16.	Narzędzia muszą mieć trwałe oznakowanie (min. logo producenta, nr katalogowy.)	Tak	
17.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt.
18.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
19.	Dostawa do 4 tyg. od daty zawarcia umowy	Tak	
20.	Szkolenia Certyfikowane w dniu odbioru urządzenia (do 20 osób) z	Tak	

	zakresu obsługi i sterylizacji - szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów Szkolenie dla personelu lekarskiego z techniki operacyjnej we wskazanym przez Zamawiającego terminie - szkolenie potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów		
21.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SWZ – PAKIET NR 4

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: Zestaw narzędzi dostępowych do kręgosłupa ~~szynowego~~ **łędźwiowego**

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130st do góry, dł. 180mm, średnica 1mm - 2szt	Tak	
3.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130st do góry, dł. 180mm, średnica 2mm 2szt	Tak	
4.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130st do góry, dł. 180mm, średnica 3mm 2szt	Tak	
5.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130st do góry, dł. 180mm, średnica 4mm 2szt	Tak	
6.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130st do góry, dł. 180mm, średnica 5mm 2szt	Tak	
7.	Kleszczyki kerrison, dł. 230mm, odgięte 130 stopni do góry, śr. 2mm	Tak	
8.	Kleszczyki kerrison, dł. 230mm, odgięte 130 stopni do góry, śr. 3mm	Tak	
9.	Kleszczyki kerrison, dł. 230mm, odgięte 130 stopni do góry, śr. 4mm	Tak	
10.	Kleszczyki kerrison, odgięte 130° do góry, dł. 280mm, śr. 2mm	Tak	
11.	Kleszczyki kerrison tłocznik, odgięte 130st do góry, dł. 200mm, śr. 2mm	Tak	
12.	Kleszczyki kerrison tłocznik, odgięte 130st do góry, dł. 200mm, śr. 2mm	Tak	
13.	Kerrison tłocznik 130st.góra 200mm 4mm	Tak	
14.	Kerrison tłocznik 130st.góra 200mm 5mm	Tak	
15.	Kleszczyki laryngologiczne typ st.barts zagięte w górę szerokość części roboczej 3 mm długość 120 mm 2szt	Tak	
16.	Szczypczyki spurling, śr.4x10 mm,dł. 180mm	Tak	
17.	Szczypczyki cushioning, śr.2x10 mm,dł. 180mm	Tak	
18.	Szczypczyki spurling,śr. 4x10 mm,dł. 180mm 2szt	Tak	
19.	Odgryzacz caspar tnacy do góry, śr. 4mm, dł. 155mm 2szt	Tak	
20.	Odgryzacz caspar tnacy do góry, śr. 2mm, dł. 155mm 2szt	Tak	
21.	Podważka kostna kręgosłupowa typ marnay 2szt	Tak	
22.	Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 65mm, czarny 2szt	Tak	
23.	Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 75mm, czarny 2szt	Tak	
24.	Błazka środkowa o dł.60 mm rozwieracza do microdisektomii	Tak	
25.	Błazka środkowa o dł.70 mm rozwieracza do microdisektomii	Tak	
26.	Narzędzia posiadające możliwość sterylizacji (sterylizacja parowa w autoklawach programy: 134°C – 5-7min. 121°C – 20min. lub tlenkiem etylenu dla materiałów wrażliwych)	Tak	

Wymagania dodatkowe			
27.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
28.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
29.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
30.	Naprawy zgodnie w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
31.	Karty katalogowe producenta poszczególnych narzędzi dołączone do oferty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów	Tak	
32.	Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
33.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1E DO SWZ – PAKIET NR 5

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: Zestaw narzędzi dostępowych do kręgosłupa szyjnego

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130 stopni do góry, dł. 180mm, średnica 1mm – 2szt	Tak	
3.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130 stopni do góry, dł. 180mm, średnica 2mm - 2szt	Tak	
4.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130 stopni do góry, dł. 180mm, średnica 3mm	Tak	
5.	Kleszczyki kerrison tłocznik odgięte 130 stopni do góry, dł. 180mm, średnica 4mm	Tak	
6.	Szczypczyki caspar śr.2mm, dł.155mm prosty	Tak	
7.	Szczypczyki caspar śr.3mm, dł.155mm prosty	Tak	
8.	Raspator prosty część robocza prostokątna szerokość 6 mm długość 200 mm	Tak	
9.	Dłuto rowkowe typ lexe-mini proste szerokość części roboczej 6 mm rękojeść z tworzywa peek długość całkowita 180 mm	Tak	
10.	Łyzeczka ostra fig.# 00 prosta, śr. 4,4mm,dł. 250mm	Tak	
11.	Łyżka kostna typ volkmann szerokość części roboczej 2,8 mm długość 240 mm	Tak	
12.	Łyżka kostna typ lempert figura 000 prosta szerokość części roboczej 2 mm długość całkowita 215 mm	Tak	
13.	Łyżka kostna typ lempert figura 00 prosta szerokość części roboczej 2,4 mm długość całkowita 215 mm	Tak	
14.	Dysektor mięśniowy caspar, dł.180mm, śr.6,2mm	Tak	
15.	Raspator typ lambotte szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 215 mm	Tak	
16.	Odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 3,8 mm długość 180 mm	Tak	
17.	Odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 5,5 mm długość 240 mm	Tak	
18.	Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 4,0mm dł. Krzwizny 110mm	Tak	
19.	Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 3,0mm dł. Krzwizny 110mm.	Tak	
20.	Prosektor davis, dwustronny, dł.245 mm	Tak	
21.	Haczyk do nerwów typ cushion,90°,śr.4mm,dł.190mm	Tak	
22.	Uchwyt skalpela numer 3 długość 225 mm	Tak	
23.	Hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40x13 mm długość 210 mm – 2szt	Tak	
24.	Hak operacyjny typ kocher-langenbeck wymiary części roboczej 80x16 mm długość 215 mm	Tak	
25.	Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy.	Tak	
26.	Narzędzia posiadające możliwość sterylizacji (sterylizacja parowa w autoklawach programy: 134°C – 5-7min. 121°C –	Tak	

	20min. lub tlenkiem etylenu dla materiałów wrażliwych)		
Wymagania dodatkowe			
27.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
28.	Dostawa w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
29.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
30.	Naprawy zgodnie w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
31.	Karty katalogowe producenta poszczególnych narzędzi dołączone do oferty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów	Tak	
32.	Szkolenie personelu (do 10 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
33.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1F DO SWZ – PAKIET NR 6

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Wieszak mobilny na fartuchy RTG – 2szt*

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Mobilny wieszak na fartuchy RTG fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Dwa rzędy po 5 uchwyty na fartuchy, półfartuchy i garsonki ołowiane	Tak	
3.	Wieszak wykonany ze stali kwasoodpornej	Tak	
4.	Cztery koła w obudowie z tworzywa sztucznego min. 2 z blokadą	Tak	
5.	Wymiary wózka 700x580x1800mm ±10mm (szerokość x głębokość x wysokość)	Tak	
Wymagania dodatkowe			
6.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
7.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
8.	Dostawa w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
9.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
10.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1G DO SWZ – PAKIET NR 7

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: Aparat EMG

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Dedykowany wózek o metalowej, solidnej budowie	Tak	
3.	Wózek wyposażony w duże ogumowane koła z blokadą w min. 2 kołach	Tak	
4.	Komputer PC wbudowany w wózek w sposób trwały	Tak	
5.	Panel gniazd do podłączenia urządzeń współpracujących	Tak	
6.	Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz	Tak	
7.	Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego	Tak	
8.	Integralny statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i nachylenia	Tak	
9.	Półka na panel sterujący	Tak	
10.	Wysuwana szuflad na klawiaturę PC	Tak	
11.	Półka dla drukarki	Tak	
12.	Pojemnik na akcesoria	Tak	
13.	Zintegrowane uchwyty dla słuchawek AEP i przełącznika nożnego	Tak	
14.	Panel sterujący, jednomodułowy, wyposażony w manipulatory i klawisze funkcyjne min: 1. 6 przycisków nawigacyjnych kodowane kolorami 2. 12 przycisków funkcyjnych oprogramowania kodowanych kolorami 3. Pokrętko regulacji intensywności bodźca i pokrętko głośności dźwięku 4. Przycisk pojedynczej stymulacji i przycisk stymulacji powtarzalnej 5. Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i częstości powtarzania bodźców 6. Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości) 7. Blok klawiatury numerycznej 8. Wskaźniki zasilania, trybu gotowości, stymulacji, głośności i trybu kursora	Tak	
1.	Głowica wejściowa, 3-kanalowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w min: 1. 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, 3. Klawisz wyciszenia głośnika wraz ze wskaźnikiem LED, 4. Wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji, 5. Wskaźnik zasilania.	Tak	
2.	Głowica wejściowa, 6-kanalowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na giętkim	Tak	

	ramieniu, wyposażona w min: 1. 24 gniazda TP, 2. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, 3. Klawisz testu impedancji elektrod wraz ze wskaźnikiem LED 4. Wszystkie gniazda wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji 5. Wskaźnik zasilania		
3.	Stymulator elektryczny jednomodułowy, zamontowany na ramieniu giętkim, wyposażony w min: 1. 1 Gniazdo DIN i 2 gniazda TP dla wyjść impulsów stymulujących 2. Wskaźnik zasilania 3. Wskaźnik wyemitowania bodźca 4. Wskaźniki aktywnej elektrody dla każdego gniazda TP	Tak	
4.	Rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w min: 1. 3 wymienne końcówki do stymulacji, 2. Przycisk zmiany polaryzacji wraz z dwoma wskaźnikami polaryzacji, 3. Pokrętko regulacji intensywności stymulacji, 4. Przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub włączenia/zatrzymania stymulacji ciągłej, 5. Przycisk uruchomienia/zatrzymania uśrednienia	Tak	
5.	Zestaw nagłowny kalibrowanych słuchawek audiologicznych akustycznych sygnałów stymulujących	Tak	
6.	Przełącznik do pomiaru czasu reakcji potencjałów wywołanych zdarzeniowych P 300	Tak	
7.	Monitor LCD min. 21,5" wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms z zestawem połączeniowym 5 m	Tak	
8.	Gogle stymulujących sygnałów wzrokowych wraz z kablem przedłużającym 5 m.	Tak	
9.	Przełącznik nożny, 3 klawisze A, B, C, realizujące funkcje min: 1. przełącznik A zależny od programu, 2. przełącznik B: włączenie/wyłączenie stymulacji, 3. przełącznik C: wznowienie/wstrzymanie – zależnie od programu	Tak	
10.	System komputerowy aparatu EMG min.: 1. Procesor min. Intel Core i5, 2. Pamięć RAM: min. 8 GB, 3. Dysk SSD: min. 240 GB, 4. Wbudowana karta sieciowa oraz izolator sieciowy do bezpiecznego podłączenia systemu do sieci LAN, 5. Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2021, 6. Monitor LCD min. 21,5" zamontowany na integralnym, regulowanym statywie wózka, 7. Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex).	Tak	
Oprogramowanie			
11.	1. Neurografia: a) Przewodnictwo ruchowe, b) Przewodnictwo czuciowe, c) Fala F, d) Przewodnictwo odcinkowe (inching), e) Ruchowe potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego, 2. Odruch H. 3. Odruch mrugania. 4. Próba męczliwości (RNS). 5. Współczulne odruchy skórne (SSR). 6. EMG ilościowe (QEMG):	Tak	

	a) EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej), b) Analiza wielu jednostek ruchowych, c) Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej), d) Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG - maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut, - liczba zapisów: nieograniczona, e) Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika. 7. Analiza zmienności rytmu zatokowego (Analiza R-R) 8. Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP). 9. Słuchowe potencjały wywołane: a) Pniowe (BAEP), b) Kompletne (AEP), c) Zdarzeniowe (P300), d) Fala oczekiwania (CNV), e) Ocena obiektywnego poziomu słyszenia (OHL). 10. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP). 11. Potencjały wywołane ruchem (MRP).		
12.	Automatyczna archiwizacja badań	Tak	
13.	Możliwość integracji z systemem szpitalnym HIS	Tak	
Akcesoria dodatkowe			
14.	Jednorazowa elektroda koncentryczna igłowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: $\varnothing$ 0,30 x 25 mm $\pm$ 2mm o powierzchni czynnej 0,02 mm ² , min. 25 szt.,	Tak	
15.	Jednorazowa elektroda igłowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: $\varnothing$ 0,46 x 37 mm $\pm$ 2mm o powierzchni czynnej 0,07 mm ² , min. 50 szt.	Tak	
16.	Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa, powierzchnia czynna 9 x 6 mm $\pm$ 2mm, z kablem min 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, min. 60 szt.	Tak	
17.	Bipolarna elektroda powierzchniowa stymulacyjna z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi $\varnothing$ 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm $\pm$ 2mm, z przewodem ekranowanym min 2 m, min. 2 szt.	Tak	
18.	Elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze złączem na zatrask, długość min 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, min. 1 szt.	Tak	
19.	Elektroda uziemiająca powierzchniowa metalowa, średnica 32 mm $\pm$ 2mm, kabel min. 1,2 m, min. 1 szt.	Tak	
20.	Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym min. 1 m, wtyk DIN, min. 1 szt.	Tak	
21.	Elektrody powierzchniowe miseczkowe złożone Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, kabel w izolacji teflonowej wzmacniany nićmi kevlarowymi długości min. 120 cm, min 10 szt.	Tak	
22.	Przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, wtyk DIN / Pogo Pin, min 150 cm, min. 1 szt.	Tak	
23.	Przewód ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, wtyk DIN / 2 x TP 0,7 mm, min 2 m, min. 1 szt.	Tak	
24.	Pasta elektrodowa klejąco-przewodząca typ Ten20, min. 3 szt.	Tak	
25.	Żel przewodzący do elektrod typ Signa, min. 1 szt.	Tak	
26.	Pasta ścierna do przygotowania skóry typ NuPrep, min. 3 szt.	Tak	
27.	Opaska mocująca typ velcro do mocowania elektrod, 55 $\pm$ 2cm cm, min. 3 szt.	Tak	
28.	Taśma samoprzylepna 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka min. 9 m, min. 12 szt.	Tak	
29.	Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie	Tak	

	centymetry, po drugiej cale, min. 1 szt.		
Wymagania dodatkowe			
30.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
31.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
32.	Dostawa w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
33.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
34.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
35.	Zdalny diagnostyka serwisowa	Tak	
36.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
37.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZALĄCZNIK NR 1H DO SWZ – PAKIET NR 8

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Wózek do arkuszy papieru*

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Wózek do przewożenia i magazynowania papieru i włókien sterylizacyjnych	Tak	
3.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej	Tak	
4.	Wymiary - długość 1100 mm $\pm$ 50mm - szerokość 450mm $\pm$ 5mm - wysokość 1000mm $\pm$ 5mm	Tak	
5.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone	Tak	
6.	Docisk papieru wykonany z pręta ϕ 6mm	Tak	
7.	Koła o średnicy min. 120mm w tym dwa z blokadą	Tak	
8.	Nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego	Tak	
9.	Odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki	Tak	
Wymagania dodatkowe			
10.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
11.	Dostawa w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
12.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
13.	Naprawy w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
14.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ – PAKIET NR 9

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Obcinarka do rękawów papierowo-foliowych*

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Obcinarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Obcinarka do magazynowania i przycinania rękawów sterylizacyjnych	Tak	
3.	Wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo	Tak	
4.	Średnica rolki rękawa max 250mm	Tak	
5.	Przesuwany nóż całkowicie obudowany w celu zapewnienia zabezpieczenia przed skaleczeniem personelu	Tak	
6.	Długość w zakresie 140-150 cm	Tak	
7.	Dodatkowe ostrza min. 2szt	Tak	
8.	Montaż na blacie stołu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Tak	
Wymagania dodatkowe			
9.	Dostawa w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
10.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
11.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
12.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
13.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1J DO SWZ – PAKIET NR 10

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

PRZEDMIOT PRZETARGU: Fotel do uruchamiania i rehabilitacji pacjenta – 1 szt.

PRODUCENT: _____ **MODEL:** _____ **TYP:** _____

Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Urządzenie przeznaczone do przekładania pacjenta z pozycji leżącej do pozycji siedzącej i stojącej	Tak	
3.	Urządzenie służące do przeprowadzania wszelkiego rodzaju terapii manualnej a także mobilizacji pacjenta poprzez zastosowanie przechyłów bocznych	Tak	
4.	Maksymalne obciążenie robocze, min. 200 kg	Tak	
5.	Waga urządzenia max. 120 kg	Tak	
6.	Zakres wzrostu pacjenta u którego można przeprowadzać skuteczną terapię, w zakresie min. 150 – 190 cm $\pm$ 2 cm (dotyczy każdego parametru)	Tak	
7.	Urządzenie min. 3 sekcyjne z czego co najmniej 1 sekcja ruchoma	Tak	
8.	Każda sekcja wyposażona w wysokiej jakości materac wykonany z pianki poliuretanowej pokryty materiałem łatwym do dezynfekcji, nieprzemakalnym oraz umożliwiającym wymianę pokrycia	Tak	
9.	Urządzenie wyposażone w 4 podwójne koła, każde koło z hamulcem blokującym ruch i obrót osi	Tak	
10.	Urządzenie zasilane przez akumulator	Tak	
11.	Zakres regulacji wysokości w pozycji horyzontalnej, min. 600 - 950 mm $\pm$ 2 mm (dotyczy każdego parametru)	Tak	
12.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga, min. 0 - 25°	Tak	
13.	Zakres regulacji pozycji pionizacyjnej, min. 0 - 70°	Tak	
14.	Zakres regulacji przechyłów bocznych, w zakresie min. od -20° do 20°	Tak	
15.	Pilot oraz kolumna wózka z funkcjami min.: podnoszenia, obniżania, pionizacji, przechyłów bocznych.	Tak	
16.	Urządzenie wyposażone w: - dodatkową poduszkę umożliwiającą unieruchomienie głowy pacjenta wraz z pasem bezpieczeństwa umiejscawianym na czole – 1szt. - pasy bezpieczeństwa zabezpieczające klatkę piersiową – 1szt. - pasy bezpieczeństwa zabezpieczające kolana – 1szt.	Tak	
17.	Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający w szybki sposób ustawienie fotela z pozycji wertykalnej do pozycji horyzontalnej	Tak	
18.	Min. 2 przyciski blokujące pracę wózka w sposób natychmiastowy	Tak	
19.	Elektryczny system sterowania w przypadku awarii pilota i przycisków znajdujących się na kolumnie wózka. System ma umożliwić opuszczenie wózka do pozycji bezpiecznej oraz przejścia z każdej pozycji do pozycji horyzontalnej	Tak	
20.	Urządzenie wyposażone w: - podłokietniki - 2 szt., - osłonę stawu barkowego, - podpórkę pod stopy z regulacją długości,	Tak	

	- wskaźnik kata nachylenia leża		
21.	Ładowarka – 1szt. oraz akumulator – 2 szt.	Tak	
Wymagania dodatkowe			
22.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
23.	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
24.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt.
25.	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
26.	Dostawa do 4 tyg. od daty zawarcia umowy	Tak	
27.	Szkolenie personelu (do 20 osób) w dniu dostawy potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów	Tak	
28.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1K DO SWZ – PAKIET NR 11

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Wózek narzędziowy 2szt*

Producent: _____ **Model:** _____ **Typ:** _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Parametr oferowany
1.	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	Tak	
2.	Wózek do transportu narzędzi	Tak	
3.	Dwa blaty zagłębione montowane na stałe	Tak	
4.	Prześwit między blatem górnym i dolnym min. 450mm	Tak	
5.	Rączki z rurki do prowadzenia wózka na krótszych bokach	Tak	
6.	Grubość blatu 30mm $\pm$ 5mm	Tak	
7.	Koła o średnicy min. 100mm, w tym dwa z blokadą	Tak	
8.	Odbojniki nad kołami z tworzywa sztucznego	Tak	
9.	Odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału nie bruszącego ścian i posadzki	Tak	
10.	Krawędzie wózka zaokrąglone	Tak	
11.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej	Tak	
12.	Wymiary blatu - szerokość 600mm $\pm$ 5mm - długość 1000mm $\pm$ 5mm	Tak	
13.	Wysokość wózka min. 850mm	Tak	
Wymagania dodatkowe			
14.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty)	Tak	
15.	Dostawa w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy	Tak	
16.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy i więcej – 10 pkt.
17.	Naprawy w trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	Tak	
18.	Kryteria oceny ofert: - 90 % najniższa cena - 10 % czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1L DO SWZ – PAKIET NR 12

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Zakup akcesoriów do urządzeń produkcji GE – wg listy*

Producent: _____ Model: _____ Typ: _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Wszystkie akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024	Tak	
Akcesoria do saturacji			
2.	Czujnik SpO2 dla dorosłych z klipsem na palec do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 25 szt.	Tak	
3.	Czujnik SpO2 dla dorosłych, miękki na palec do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 30 szt.	Tak	
4.	Kabel przedłużający do czujnika SpO2, dł. min. 3 m, do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 10 szt.	Tak	
5.	Piankowa opaska do mocowania czujników saturacji u noworodków, wielorazowego użytku – możliwość prania – 300 szt.	Tak	
Akcesoria do NIBP			
6.	Mankiet wielorazowy 2 żyłowy do pomiaru NIBP do kardiomonitorów GE dla dorosłych średni, 23 – 33 ± 2 cm (dotyczy każdego parametry) – kompatybilne ze złączem typu Dina-Click – 70 szt.	Tak	
7.	Mankiet wielorazowy 2 żyłowy do pomiaru NIBP do kardiomonitorów GE dla dorosłych duży ok. 33 - 40 cm ± 2 cm (dotyczy każdego parametry) – kompatybilne ze złączem typu Dina-Click – 40 szt.	Tak	
8.	Wąż połączeniowy podwójny do mankietów do pomiaru NIBP, złącze typu Dina-Click, dł. min. 3,5 m, do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 20 szt.	Tak	
Akcesoria EKG			
9.	Zestaw przewodów odprowadzeń EKG 3 żyłowy do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 25 szt.	Tak	
10.	Zestaw przewodów odprowadzeń EKG 5 żyłowy do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 5 szt.	Tak	
11.	Przewód zbiorczy EKG 3/5-odprowadzeń, dł. min. 3,5 m, do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 10 szt.	Tak	
Akcesoria do IBP			
12.	Adapter IBP podwójny do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 5 szt.	Tak	
Akcesoria do pomiaru temperatury			
13.	Wielorazowy czujnik temperatury naskórny dla dorosłych do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 5 szt.	Tak	
14.	Wielorazowy czujnik temperatury przełykowy/rektalny dla	Tak	

	dorosłych do kardiomonitorów B40, B450, B650, B850 produkcji GE – 5 szt.		
15.	Przewód temperatury do ww. czujników – 5 szt.	Tak	
WYMAGANIA DODATKOWE			
16.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności	Tak	
17.	Gwarancja min. 6 miesięcy	Tak	6 miesięcy – 0 pkt 12 miesięcy – 5 pkt 18 miesięcy – 10 pkt
18.	Czas trwania umowy 24 miesiące	Tak	
19.	Sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy	Tak	
20.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia	Tak	
21.	Termin dostawy do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia przez pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Tak	
22.	Kryteria oceny ofert: 90% - cena 10% - czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 1M DO SWZ – PAKIET NR 13

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH**

Przedmiot przetargu: *Zakup akcesoriów do aparatów do znieczulenia ogólnego produkcji GE – wg listy*

Producent: _____ Model: _____ Typ: _____
Rok produkcji: _____

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Wymóg	Wartość oferowana
1.	Wszystkie akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024	Tak	
Akcesoria do aparatów do znieczulania ogólnego produkcji GE			
2.	Pułapka wodna typu szara – 20 szt.	Tak	
3.	Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 do aparatu Avance produkcji GE – 3 szt.	Tak	
4.	Filtry gąbkowe do pojemnika na wapno sodowane do aparatu Avance produkcji GE – 5 szt.	Tak	
5.	Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 do aparatu Carestation produkcji GE – 2 szt.	Tak	
6.	Czujnik przepływu do aparatu Avance produkcji GE – 3 szt.	Tak	
7.	Czujnik przepływu do aparatu Carestation produkcji GE – 2 szt.	Tak	
WYMAGANIA DODATKOWE			
8.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności	Tak	
9.	Gwarancja min. 6 miesięcy	Tak	6 miesięcy – 0 pkt 12 miesięcy – 5 pkt 18 miesięcy – 10 pkt
10.	Czas trwania umowy 24 miesiące	Tak	
11.	Sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy	Tak	
12.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości zamówienia	Tak	
13.	Termin dostawy do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia przez pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Tak	
14.	Kryteria oceny ofert: 90% - cena 10% - czas trwania gwarancji	Tak	

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

na podstawie art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

oraz

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI UDZIELANIA LUB DALSZEGO WYKONYWANIA
WSZELKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam, iż:

A) Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.

A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

B) Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:

zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykule 5k ust. 1 lit.
Rozporządzenia /wskazać właściwą literę z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam, iż:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

są nadal aktualne.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że:

1. **NIE NALEŻY** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*
2. **NALEŻY** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:
 - a)
 - b)
- 2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

* niepotrzebne skreślić lub oznaczyć w inny sposób

** (jeżeli dotyczy)