

Kraków, 26 listopada 2024 r.

DZP.271-226/2024

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU PODSTAWOWEGO pn. „**DOSTARCZANIE RESUSCYTATORÓW RĘCZNYCH JENDNORAZOWEGO UŻYTKU**” numer sprawy: **226/ZP/2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z pompowanym mankietem uszczelniającym wykonanym z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dopuszcza maskę z pompowanym mankietem uszczelniającym wykonanym z PVC.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń ≤ 65 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała powyżej 40 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę z pompowanym mankietem uszczelniającym wykonanym z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż dopuszcza maskę z pompowanym mankietem uszczelniającym wykonanym z PVC.

Pytanie 5

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń ≤ 39 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała powyżej 10-40 kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Pakiet 1, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści maskę z pompowanym mankietem wykonanym z PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz www.szpitalrydygier.pl, zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.