

Kraków, dnia 29 stycznia 2026 r.
DZP.271-3/2026

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – PN. „**DOSTARCZANIE ELEKTROD DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA ORAZ NAJEM GENERATORA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY**”, nr sprawy: 3/ZP/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej dalej ustawą Pzp), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1, jednorazowe, sterylne elektrody do zabiegów endoskopowego usunięcia przepuklin dysku prądami o wysokiej częstotliwości RF 1,7-4,0 MHz, o różnych długościach: 18 cm, 25 cm, 26 cm, 31 cm, 32 cm, 38 cm, 40 cm. Szeroki zakres długości poszczególnych elektrod, umożliwi operatorowi dobranie elektrody odpowiedniej do poszczególnych zabiegów endoskopowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2, jednorazowe, sterylne elektrody do zabiegów endoskopowych nie podłączane do aparatu ssącego. Grubość 3,5 mm, długość 26 cm, oraz 31 cm z elastyczną końcówką, wysuwaną poprzez zaciśnięcie rękojeści elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej www.szpitalrydygier.pl, <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.