

Kraków, dnia 10 stycznia 2024 r.

DZP.271-302/2023

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE NIEOGRANICZONYM – PN. „**DOSTARCZANIE AKCESORIÓW DO KARDIOMONITORÓW**”, nr sprawy: 302/ZP/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 3

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1 – dotyczy pozycji nr 2, 7 i 8

We wskazanych pozycjach zaoferowane wyroby mają być kompatybilne z kardiomonitorem Draeger Vista 120, proszę o informację w jakiej technologii mają działać – Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyroby wskazane w pozycjach nr 2, 7 i 8 powinny działać w technologii Nellcor.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej www.szpitalrydygier.pl, <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.